

DIN EN ISO 5364:2026-10 (D)

Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Oropharyngealtuben (ISO 5364:2026); Deutsche Fassung EN ISO 5364:2026

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	6
Vorwort.....	7
Einleitung	8
1 Anwendungsbereich.....	9
2 Normative Verweisungen	9
3 Begriffe	9
4 Allgemeine Anforderungen.....	10
4.1 Allgemeines.....	10
4.2 Sicherheit.....	10
5 Werkstoffe	10
5.1 Allgemeines.....	10
5.2 Anforderungen an die Werkstoffe	10
6 Ausführungsanforderungen	10
6.1 Allgemeines.....	10
6.2 Größenbezeichnung	10
6.3 Maße.....	12
7 Reinigung, Desinfektion und Sterilisation	13
8 Bereitstellung von Informationen durch den Hersteller	13
8.1 Allgemeines.....	13
8.2 Kennzeichnung	13
8.3 Kennzeichnung von Lager- oder Sammelpackungen	14
Anhang A (informativ) Erläuterungen	15
A.1 Allgemeines.....	15
A.2 Farbkennzeichnung (8.2.3).....	15
Anhang B (normativ) Verfahren zur Prüfung der Festigkeit beim Zusammendrücken des oralen Endes	17
B.1 Kurzbeschreibung.....	17
B.2 Geräte.....	17
B.3 Prüfverfahren.....	17
B.4 Auswertung.....	17
Anhang C (normativ) Prüfverfahren der Durchgängigkeit des Lumens	19
C.1 Kurzbeschreibung.....	19
C.2 Geräte.....	19
C.3 Prüfverfahren.....	19
Anhang D (informativ) Anleitung zu Werkstoffen und Ausführung.....	21
Literaturhinweise	22

Bilder

Bild 1 — Beispiele für <i>Oropharyngealtuben</i> und ihre Komponenten	11
Bild 2 — Übliche Anordnung der Kennzeichnung an dem mit <i>Flansch versehenen Ende</i> von <i>Oropharyngealtuben</i>	13
Bild B.1 — Gerät zur Prüfung der Festigkeit beim Zusammendrücken des oralen Endes	18
Bild C.1 — Gerät zur Prüfung der Durchgängigkeit des Lumens	20

Tabellen

Tabelle 1 — Größenbezeichnung von <i>Oropharyngealtuben</i> — Maße und Grenzabmaße	11
Tabelle 2 — Farbkennzeichnung von <i>Oropharyngealtuben</i>	14
Tabelle A.1 — Größenbezogene Farbkennzeichnungen aus der Umfrage unter 13 Herstellern von <i>Oropharyngealtuben</i>	16
Tabelle A.2 — Größenbezogene Farbkennzeichnungen für dieses Dokument	16