DIN 6868-159:2021-04 (D)

Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen Betrieben - Teil 159: Abnahmeund Konstanzprüfung in der Teleradiologie

Inhalt		Seite	
Vorwo	ort	4	
1	Anwendungsbereich	7	
2	Normative Verweisungen	7	
3	Begriffe		
4	Abkürzungen		
5	Prüfvoraussetzungen		
6	Abnahmeprüfung		
6.1	Allgemeine Anforderungen		
6.2	Anforderungen und Prüfverfahren		
6.2.1	Voraussetzungen		
6.2.2	Übertragungszeit		
6.2.3	Vollständigkeit der Datenübertragung		
6.2.4	Bildqualität		
6.2.5	Stabilität des Teleradiologiesystems		
6.2.6	Unmittelbare Telekommunikation		
7	Konstanzprüfung	13	
7.1	Prüfbedingungen		
7.2	Prüfpunkte		
7.2.1	Funktionsfähigkeit		
7.2.2	Übertragungszeit		
7.2.3	Prüffristen		
8	Maßnahmen nach wesentlichen Änderungen	14	
9	Prüfbericht	14	
Anhar	ng A (informativ) Teleradiologie-Modelle	16	
A.1	Push-Modell		
A.2	Pull-Modell		
	ng B (informativ) Veranschaulichung von Teilstrecken		
Anhar	ng C (informativ) Richtwerte für die typische Bildanzahl bei CT-Untersuchungen	19	
Anhar	ng D (informativ) Prüfberichtsmuster Abnahmeprüfung Teleradiologie nach StrlSchG	20	
Anhar	ng E (informativ) Prüfberichtsmuster zur Dokumentation der Teleradiologiestrecke nach StrlSchG	23	
Anhar	ng F (informativ) Prüfberichtsmuster arbeitstägliche Konstanzprüfung nach StrlSchG	24	
Anhar	ng G (informativ) Prüfberichtsmuster monatliche Konstanzprüfung Teleradiologie nach		
	StrlSchG	26	
Anhar	ng H (informativ) Abnahme- und Konstanzprüfnormen	28	
Anhang I (normativ) Änderungen im TR-System und sich daraus ergebende Überprüfungen		29	
Litera	turhinweise	30	
Ctioby	Stichwortworzojahnia		

Bilder

Bild A.1 — Modell nach dem Push-Prinzip (Sender schickt die Daten direkt auf den Rechner beim Empfänger)	16
Bild A.2 — Modell nach dem Pull-Prinzip (Sender schickt die Daten auf einen Server und der Empfänger holt sich die Daten vom Server ab)	17
Bild B.1 — Teleradiologienetz mit mehreren Teilstrecken	18
Tabellen	
Tabelle 1 — Abkürzungen	9
Tabelle C.1 — Richtwerte für die typische Bildanzahl bei CT-Untersuchungsregionen	19
Tabelle H.1 — Normen für die Abnahme- und Konstanzprüfung verschiedener Modalitäten	28
Tabelle I.1 — Prüfungen bei wesentlichen Änderungen des Teleradiologiesystems	29