

E DIN 13222:2021-12 (D)

Erscheinungsdatum: 2021-11-05

Aufnahmekapazität von saugenden Inkontinenzhilfen bis zum Auslaufen - Prüfverfahren zur Messung der Saugleistung mittels Prüftorso

Inhalt	Seite
Vorwort	4
Einleitung	5
1 Anwendungsbereich.....	6
2 Normative Verweisungen	6
3 Begriffe	6
4 Prüfverfahren.....	9
4.1 Kurzbeschreibung.....	9
4.2 Geräte und Hilfsmittel	10
4.3 Konditionierung	16
4.4 Durchführung	16
4.4.1 Anlegen des Prüfproduktes am Prüftorso.....	16
4.4.2 Vorlagen (siehe Bild 10).....	18
4.4.3 Einlagen mit Gürtel (siehe Bild 13)	20
4.4.4 Inkontinenzslips (siehe Bild 15)	21
4.4.5 Erkennen der Leckage	23
4.4.6 Durchführung des Verfahrens.....	23
4.4.7 Akzeptanzkriterien.....	26
4.5 Prüfbericht	26
Anhang A (informativ) Validierung des Prüfverfahrens.....	28
Anhang B (informativ) Beispiel für ein Montagegestell	32
Anhang C (informativ) Verfahren für die Kalibrierung des Flüssigkeitsstroms	33
Literaturhinweise	34
Tabellen	
Tabelle 1 — Maße des Prüftorsos (Vorder- und Seitenansicht) für Größe 2 (Medium, M)	11
Tabelle 2 — Maße des männlichen Adapters.....	12
Tabelle 3 — Strömungsdaten der Pumpe	14
Tabelle A.1 — Übliche Hüftumfänge von Inkontinenzslips innerhalb der angegebenen Größenklassen.....	28
Tabelle A.2 — Bewertung des Prüfverfahrens durch einen Labor-Ringversuch mit Inkontinenzslips der Größe M und Vorlagen	28
Tabelle A.3 — Bewertung des Prüfverfahrens durch einen Labor-Ringversuch mit Inkontinenzslips der Größen XS, S, L und XL	30