

<b>Warnvermerk / Warning notice</b>	DIN 6853-2:2022-11
<b>Datum / Date</b>	2025-04-17
<p><b>Medizinische ferngesteuerte, automatisch betriebene Afterloading-Anlagen - Teil 2: Strahlenschutzregeln für die Errichtung</b>  <b>Medical remote-controlled automatically-driven afterloading systems - Part 2: Radiation protection rules for installation</b>  <b>Appareils projecteurs de sources radioactives automatiques télécommandés - Partie 2: Règles de radioprotection pour l'installation</b></p> <p><b>In der deutschen Fassung der DIN 6853-2:2022-11 wurden folgende Fehler erkannt:</b></p> <p>Bei Bild 1 bis Bild 3 wurden die Farben in den Legenden vertauscht, sodass die Zuordnung der Schwächungsfaktoren zum Material falsch ist. Die dazugehörigen Tabellen im Anhang zeigen die korrekten Schwächungsfaktoren der verschiedenen Materialien.</p> <p><b>In the German version of DIN 6853-2:2022-11 the following errors have been noted:</b></p> <p>In Figure 1 to Figure 3, the colors in the keys have been mixed up so that the assignment of the attenuation factors to the material is incorrect. The corresponding tables in the annex show the correct attenuation factors for the different materials.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Fehler negative Auswirkungen haben kann. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Sachverhalt bei der Anwendung der Norm angemessen zu berücksichtigen, um einen etwaigen Schaden zu vermeiden.</p> <p><b>Bitte prüfen Sie unverzüglich, ob und inwieweit in Ihrem Fall eine Schadengefahr besteht und reagieren Sie entsprechend. Falls Sie das Dokument selbst nicht anwenden, jedoch den/die betroffenen Anwender kennen, leiten Sie diesen Warnvermerk unverzüglich an den/die Anwender weiter.</b></p> <p><b>INFORMATION:</b> Please note that this error can have negative implications. When applying the standard, it is the user's responsibility to take due account of this warning notice in order to avert potential damage.</p> <p><b>Please check without delay whether, and to what extent, there is a risk of damage in your case, and take the necessary action. If you do not apply the document yourself but are aware of any users who may be affected, please forward this warning notice on to them without delay.</b></p>	

- Leerseite -